

HOTĂRÎRE

nr. 21

“15” mai 2018

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în exemplar unic.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE tip testo 330-1 LX**, producător Testo SE & Co. KGaA, Republica Federală Germania, cu nr. **III-0484:2018**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0380 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **03191245**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE tip testo 330-1 LX** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC