

HOTĂRÎRE

nr. 40

“09” noiembrie 2018

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare, importate în exemplar unic. Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea.

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, Partea III, **ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE tip testo 330-2 LX**, producător Testo SE & Co. KGaA, Republica Federală Germania, cu nr. III-0491:2018.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0387 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **03242911**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE DE ARDERE tip testo 330-2 LX** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni**, (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC